

No. HL-20-008531

## 試験報告書

依頼者 殿  
品名 Gown-002 1点  
試験項目 耐水度 他

2020年 5月 27日付けで当所に提出  
された試料の試験結果は下記のとおりです。

2020年 6月 15日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀 2丁目 5番 19号

一般財団法人 カケンテストセンター  
大阪事業所 資材ラボ



記

試験項目	試験結果	試験方法
耐水度 (cm)	109	AATCC 127
衝撃耐水性 (g)	0.1 未満	AATCC 42

試料

N KAKEN KAKEN KA

KAKEN KAKEN KAKEN

以上

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口（ロット）全体の品質を報告するものではありません。  
事業所朱印のない報告書については、当財団は一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。

確認	作成
磯部 謙	上田 紗