

試験報告書

依頼者 殿
品名 GOWN-001 1点
試験項目 耐水度 他

2020年 5月 7日付けで当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

2020年 5月 19日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号

一般財団法人 **カケンテストセンター**

大阪事業所 資材ラボ

Tel (06)-6441-0315 Fax (06)-6441-2420

記

試験項目	試験結果	試験方法
耐水度 (cm)	200 以上	AATCC 127
衝撃耐水性 (g)	0.1 未満	AATCC 42

試料

EN KAKEN KAKEN KAKEN

EN KAKEN KAKEN KAKEN

以上